



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

LICITAÇÃO CASAL Nº 54/2020 – SRP ELETRÔNICA
LICITACOES-E Nº 847481

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 05

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO CASAL Nº 54/2020 – ELETRÔNICA SRP**, que tem como objeto a possível aquisição de equipamentos de medição e controle para uso nas ETAs e laboratórios da CASAL junto com possível aquisição de reagentes, em 6 (seis) lotes, conforme descrição técnica no Termo de Referência.

ESCLARECIMENTO:

1) Venho por meio deste solicitar informações, quanto ao pregão mencionado no assunto. **Por favor informar marca referência ou envio de fotos/ imagens dos medidores.**

2) Consta no Edital Item 06 - Reagente DPD

- a) Para medir teor de cloro residual livre;
- b) Para amostra de 10ml com teor de cloro na faixa de 1 a 4 ppm;
- c) Podendo ser líquido (gotas), em pó (sachê) ou em comprimidos;
- d) Tenha estabilidade mínima de 1 ano.

2.1) Onde o reagente será usado? Pois, possuímos para amostra de 25ml que atende a faixa alta (acima de 2mg/L).

2.2) Para amostra de 10ml, a faixa de leitura pode chegar a 4ppm usando 2 sachês.

RESPOSTAS:

Em contato com o corpo técnico informamos que:


1) Não temos marca de referências visto que a legislação proíbe a inserção de marcas nos editais de licitação, assim como não podemos disponibilizar fotos pelo mesmo motivo. As especificações necessárias estão contidas no EDITAL.

2.1) O reagente será utilizado em medidores de cloro que utilizem a metodologia DPD.


2.2) Não. O reagente deve atender a faixa de leitura utilizando UM SACHE.

Maceió, 12 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,


Djalma Nestor Messias
Pregoeiro – ASLIC/CASAL

Visto:


Dayseleane Correia de Oliveira Silva
Autoridade Competente – ASLIC/CASAL em Exercício