



**ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

**LICITAÇÃO CASAL Nº 54/2020 – SRP ELETRÔNICA  
LICITACOES-E Nº 847481**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 06**

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO CASAL Nº 54/2020 – ELETRÔNICA SRP**, que tem como objeto a possível aquisição de equipamentos de medição e controle para uso nas ETAs e laboratórios da CASAL junto com possível aquisição de reagentes, em 6 (seis) lotes, conforme descrição técnica no Termo de Referência.

**ESCLARECIMENTO:**

- 1) No Item 1 do edital é solicitado: Faixa de leitura de cloro residual livre de 0,00 a 5,00 ppm. Questiona-se: Será aceito equipamento com faixa de leitura de 0,0 a 4,0 mg/l?
- 2) No Item 2 do edital é solicitado: Menu em Português (BR). Será aceito menu em Inglês?


**RESPOSTAS:**

Em contato com o corpo técnico informamos que:


- 1) A faixa demandada é de 0,00 a 5,00.
- 2) Não será aceito menu em inglês. O mesmo deve ser em português.

Maceió, 12 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,

  
Djalma Nestor Messias  
Pregoeiro – ASLIC/CASAL

Visto:

  
Dayselanea Correia de Oliveira Silva  
Autoridade Competente - ASLIC/CASAL em Exercício