



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO FEITO POR LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2016-CASAL.

OBJETO:

POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DE MEDIÇÃO E CONTROLE, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASAL, EM 05 (CINCO) LOTES ASSIM DISTRIBUÍDOS:

LOTE 01: AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MEDIDORES/CONTROLADORES DE CLORO RESIDUAL LIVRE DE PROCESSO.

LOTE 02: AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MEDIDORES DE TURBIDEZ DE PROCESSO.

LOTE 03: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MEDIDORES DE TURBIDEZ DE BANCADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP.

LOTE 04: AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MEDIDORES DE COR DE PROCESSO.

LOTE 05: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MEDIDORES DE COR DE BANCADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP.

QUESTIONAMENTO:

Venho respeitosamente por este e-mail solicitar esclarecimento referente ao edital acima citado.

Uma vez que as informações que irão ser apresentadas nos display dos equipamento são unidades de medição.

Favor informar com maiores detalhes quais dados do display devem ser apresentados em português.

Informamos que os equipamentos solicitados são importados, possuindo o idioma inglês como universal, conforme as nomenclaturas.

Além dos detalhamentos solicitamos vossa confirmação se serão aceitos equipamentos com idiomas diferente do português, porém com fornecimento do manual em português o que seria suficiente para seu manuseio.

RESPOSTA:

Concordamos que as informações que serão apenas unidades de medição e seu respectivo nome.

Assim, aceitamos equipamentos cujo idioma seja o Inglês desde que acompanhado de manual completo traduzido para o Português visto que, após a compra, o fornecedor deverá disponibilizar sua equipe técnica para, por telefone/e-mail, dirimir possíveis dúvidas na configuração/instalação dos equipamentos.

Maceió, 05 de julho de 2016.

Atenciosamente,

Ilma Amaral Almeida
Pregoeira