



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

**RESPOSTA A QUESTIONAMENTO FEITO POR LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2016-CASAL.**

**OBJETO:**

**POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DE MEDIÇÃO E CONTROLE, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASAL, EM 05 (CINCO) LOTES ASSIM DISTRIBUÍDOS:**

**LOTE 01: AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MEDIDORES/CONTROLADORES DE CLORO RESIDUAL LIVRE DE PROCESSO.**

**LOTE 02: AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MEDIDORES DE TURBIDEZ DE PROCESSO.**

**LOTE 03: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MEDIDORES DE TURBIDEZ DE BANCADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP.**

**LOTE 04: AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MEDIDORES DE COR DE PROCESSO.**

**LOTE 05: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MEDIDORES DE COR DE BANCADA – EXCLUSIVO PARA ME E EPP.**

**QUESTIONAMENTOS:**

Os equipamentos ofertados nos lotes 01 e 02 do Pregão Eletrônico 05/2016 deverá possuir conectividade RS485 e acompanhar software para transferência de dados para um computador, sendo este com capacidade para transferir no mínimo 2000 resultados de análises.

**PERGUNTA:**

1) Esse nosso entendimento está correto?

**RESPOSTA:**

Informamos que os lotes questionados os equipamentos precisam registrar e gravar no mínimo 2000 resultados de análise e que com a conectividade indicada permita que esses resultados sejam transmitidas para um computador com software fornecido.

Após a transferência dos dados o equipamento volta a ter capacidade para registrar e gravar novamente 2000 resultados no mínimo.

Maceió, 13 de julho de 2016.

Atenciosamente,

  
Ilma Amaral Almeida  
Pregoeira