



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – Pregão Eletrônico SRP Nº 02/2017-CASAL

Respostas ao pedido de esclarecimento feito por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico SRP nº 02/2017, o edital tem como objeto a aquisição de medidores e reagente.

Pedido de esclarecimento:

Em relação ao item 3

O Item é identificado como para uso em bancada e é requisitada que a tensão de alimentação seja 220V, ou seja via alimentação por tomada ou fonte deixando claro que o equipamento será utilizado em bancas, neste caso para uso específico em bancada seria realmente necessária a proteção IP67 a prova de água para a unidade?

Caso negativo, será aceito instrumento por alimentação a pilhas ao invés de 220V?

Resposta:

O Termo de Referência é claro: ALIMENTAÇÃO: 220v e grau de proteção mínimo: IP67.

Em relação ao Item 5

É requisitada no edital "Repetibilidade: $\pm 1\%$ da leitura ou 0.01 NTU" porém o item se refere a instrumento para análise cor com escala em Co resolução de 0,1 a 1,0 Co, esta linha deve ser desconsiderada.

Resposta:

Do Lote 05, foi retirado o item "Repetibilidade: $\pm 1\%$ da leitura ou 0.01 NTU". Informamos que fica mantida a data e horário estabelecidos no Edital Pregão Eletrônico SRP nº 02/2017, por não alterar o valor da proposta inicial.

Maceió, 02 de junho de 2017.

Atenciosamente,


Ilma Amaral Almeida
Pregoeira/CPL/CASAL